



# Konformitätsbewertungsstelle beim Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht

Conformity assessment body at the Bavarian State Office of Weights and Measures

## National anerkannte Konformitätsbewertungsstelle, Kennnummer 0104

Nationally recognised conformity assessment body, identification number

Organisme d'évaluation de la conformité reconnu au niveau national, numéro d'identification

## Konformitätsbescheinigung

Certificate of conformity

Attestation de conformité



### Die Übereinstimmung des Messgerätes

The conformity of the measuring instrument

La conformité de l'instrument de mesure

<b>Hersteller:</b> <i>Manufacturer:</i> Fabricant:	WTW GmbH Dr.Karl-Slevogt-Straße 1, 82362 Weilheim
<b>Bezeichnung:</b> <i>Description:</i> Description:	Tragbares Elektrothermometer mit fest angeschlossenem Pt1000 Temperaturfühler
<b>Typ:</b> <i>Type:</i> Type:	TFX 422C-60
<b>Nummer der innerstaatlichen Bauartzulassung :</b> <i>Number of the national type approval certificate:</i> Numéro du certificat d'approbation de type national:	14.40/05.03
<b>Herstellungsnummer:</b> <i>Serial number:</i> Numéro de série:	Ser.Nr. 15185471-15185488 ( Anzahl 18 Stück) Ser.Nr. 15185490-15185520 (Anzahl 31 Stück)

**mit den Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes, der Mess- und Eichverordnung und mit der in der innerstaatlichen Bauartzulassung beschriebenen Bauart wurde im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens nach Modul F festgestellt.**

*with the requirements of the Metrology and Verification Act, the Metrology and Verification Ordinance and with the type as described in the national type approval certificate was established in a conformity evaluation procedure according to Module F.*

*avec les exigences de la Loi en matière de métrologie et vérification, l'Ordonnance en matière de métrologie et vérification et avec le type décrit dans le certificat d'approbation de type national a été établie dans une procédure d'évaluation de conformité selon Module F.*

**Folgende Prüfanweisungen bzw. Dokumente wurden berücksichtigt:**

*The following testing instructions and/or documents have been observed:*

*Les instructions d'essai ou documents suivants ont été observés:*

Anlage 14 Abschnitt 4 der Eichordnung in der am 31.12.2014 geltenden Fassung

PTB-Anforderungen: PTB-A 14.4, Ausgabe November 2001

### Ort und Datum der Prüfung:

*Place and date of testing:*

*Lieu et date du test:*

München, 07.04.2015

08.04.2015

**Datum**

*Date*

Date

Konformitätsbewertungsstelle  
beim Bayerischen Landesamt  
für Maß und Gewicht

LMG NKBS-2c - 010-15-01142



Weddigenstr. 30  
86179 Augsburg

### Leiter der national anerkannten Konformitätsbewertungsstelle

*Director of the nationally recognised  
conformity assessment body*

*Directeur de l'organisme d'évaluation de la conformité  
reconnu au niveau national*

*Streit*

Streit

Tel: 0821 8087943

Fax: 0821 8087913

E-Mail: poststelle@kbs.bayern.de